

DRK130 持粘测试仪

产品介绍

DRK130 持粘测试仪持粘实验仪适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试试验。

产品特点

1. 采用微电脑控制计时，LCD 液晶显示试验时间，计时更加准确，误差小。
2. 高质量接近开关，耐磨抗砸，灵敏度高，使用寿命更长。
3. 自动计时、锁定等功能进一步确保试验结果的高精确性，六个测试工位可同时进行多组测试项目



产品应用

适用于各种胶粘类制品的持粘性测试，如压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等标准。

技术标准

该仪器符合多项国家和国际标准：GB/T 4851、ASTM D3654、JIS Z0237

产品参数

项目	参数
标准压辊	2000g±50 g
砝 码	1000±10g (含加载板重量)
试 验 板	60 (L) mm×40 (B) mm×1.5 (D) mm
计时范围	0~100h
工 位 数	6 件
外形尺寸	600 (L) mm×240 (B) mm×400 (H) mm
净 重	20kg
电 源	AC 220V 50Hz

产品配置

主机一台、说明书一份、标准压辊：2000g±50g、砝 码： 1000±10g（含加载板重量）、试验板：60（L）×40（B）×1.5（D）mm（与加载板相同）、计时器：0~100h、工位数：6 件