

DRK666 阻塞试验试样处理机 (50 万左右)

**仪器用途:**

用于 EN149 标准呼吸防护装置-过滤式防颗粒物半面罩的

符合标准:

BS EN149-2001 呼吸防护装置-过滤式防颗粒物半面罩的要求, 测试, 标记 8.10 阻塞试验等标准。

产品特点:

1、大屏幕彩色触摸屏。

技术参数:

1、气溶胶: DRB 4/15 白云石

2、发生器:

2.1、粒径范围: 0.1 μ m--10 μ m

2.2、质量流量范围: 40mg/h---400mg/h

3、呼吸机：

3.1、排量:2.0 升/冲程

3.2、频率：15 次/min

4、呼吸机呼出空气温度：(37±2) ° C，

5、呼吸机呼出空气相对湿度：最低为 95%。

6、连续流经除尘室：60 m³/ h，线速度 4 cm/s；

7、粉尘浓度：(400±100) mg / m³；

8、测试室：

8.1、内尺寸：650 mm×650 mm×700 mm

8.2、气流：60 m³/ h，线速度 4 cm/s

8.3、空气温度：(23±2) ° C；

8.4、空气相对湿度：(45±15) %；

9、呼吸阻力测试量程：0~2000Pa，精度可达 0.1Pa

6、电源要求：220V，50Hz，1KW

7、外形尺寸（L×W×H）：800mm×600mm×1650mm

8、重量：约 120Kg

配置清单：

1、主机一台。

2、发尘器一台。

3、呼吸机一台。

4、气溶胶:DRB 4/15 白云石两包。

5、产品合格证一张。

6、产品使用说明书一份。

7、送货单一张。

8、验收单一张。

欧标口罩白云石粉尘堵塞试验机白云石测试，英文名称为 Optional Dolomite Clogging Test，是欧洲 CE 标准中测试口罩的一种，针对三种过滤等级，

FFP1（最低过滤效果≥80%），FFP2（最低过滤效果≥94%），FFP3（最低过滤效果≥99%）。